

INDICAÇÃO Nº 015/2025

Vereadora EUNICE MAGAVE RAMOS

Senhor Presidente,

A Vereadora que abaixo subscreve, nos termos do artigo 99 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, que após apresentado ao plenário encaminhe ao Excelentíssimo prefeito Antônio Carlos Leite de Mendonça Jr a seguinte **INDICAÇÃO: Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de providenciar manutenção e reparos nas canetas de alta rotação das Unidades Básicas de Saúde (UBS) das comunidades de Flexal e Cujubim, tendo em vista que os equipamentos não estão liberando água, prejudicando assim a realização dos atendimentos odontológicos.**


JUSTIFICATIVA

As UBS das comunidades de Flexal e Cujubim encontram-se com problemas técnicos nas canetas de alta rotação, que não estão liberando água durante os procedimentos odontológicos. Essa falha compromete diretamente a qualidade do atendimento prestado à população, causando atrasos e colocando em risco a saúde bucal dos pacientes.

A manutenção imediata dos equipamentos é de fundamental importância para garantir a continuidade dos serviços odontológicos, evitando transtornos à comunidade que depende exclusivamente do atendimento oferecido nessas unidades.

Diante disso, solicitamos a atenção do Executivo Municipal para que adote, com urgência, as medidas necessárias para solucionar o problema.

Pracuúba-AP, 03 de outubro de 2025.



EUNICE MAGAVE RAMOS
Vereadora